

Kwaliteitseisen aan het product

Alle door Heyer Benelux bestelde producten moeten, bovenop de eisen vermeld op de bestelbon, voldoen aan de productspecificaties zoals weergegeven in onderstaande tabel.

De eisen gespecificeerd in onderstaande, niet limitatieve lijst, hebben tot doel om de kwaliteit van het samenstel te garanderen. De beoogde producten zijn diegene die deel uitmaken van het gasdistributienetwerk met (in)directe invloed op de veiligheid en gezondheid van de eindgebruiker.

De naleving van deze voorwaarden is bepalend voor de aanvaarding en betaling van de levering.

Soort product	Eis
<ul style="list-style-type: none"> Alle producten die in aanraking komen met gas zoals opgenomen in onderstaande, niet limitatieve lijst: <ul style="list-style-type: none"> Afsluiters, Drukregelaars, Afnameventielen, ... 	<ul style="list-style-type: none"> Reinheidseisen van ISO 15001:2010
<ul style="list-style-type: none"> Leidingen in koper \leq 133 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Materiaalcertificaat type 3.1 of 3.2 volgens EN10204:2004 EN 13348:2008 ISO 15001:2010
<ul style="list-style-type: none"> Leidingen in koper $>$ 133 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Materiaalcertificaat type 3.1 of 3.2 volgens EN10204:2004 Alle toepasbare eisen van EN 13348:2008 (voornamelijk reinheid, markering en verpakking) ISO 15001:2010
<ul style="list-style-type: none"> Hulpstukken met uiteinden voor capillaire of hardsoldeerverbinding aan koperen buizen 	<ul style="list-style-type: none"> Materiaalcertificaat type 3.1 of 3.2 volgens EN10204:2004 EN 1254-1:1998 ISO 15001:2010
<ul style="list-style-type: none"> Lastoevoegmateriaal voor het braseren/lassen 	<ul style="list-style-type: none"> Materiaalcertificaat type 2.2 volgens EN10204:2004 ISO 17626:2010 Cadmium vrij Smelttemperatuur $>$ 600°C
<ul style="list-style-type: none"> Drukregelaars 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 10524-2:2005
<ul style="list-style-type: none"> Hogedruk flexibels voor medische gasdistributienetwerken 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 21969
<ul style="list-style-type: none"> Lagedruk slangcombinaties 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 5359:2014
<ul style="list-style-type: none"> Afnameventielen voor medische gasdistributienetwerken 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9170-1:2008
<ul style="list-style-type: none"> Afnameventielen voor afvoer van anesthesiegassen 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 9170-2:2008
<ul style="list-style-type: none"> Medische leveringseenheden 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 11197:2004 Richtlijn 93/42/EEC

	<ul style="list-style-type: none"> • Dragen van CE-markering • Levering met: <ul style="list-style-type: none"> ○ Handleiding • EU-verklaring van overeenstemming
<ul style="list-style-type: none"> • Vaten voor opslag van perslucht of stikstof 	<ul style="list-style-type: none"> • EN286-1:1998
<ul style="list-style-type: none"> • Alarmpanelen 	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 60601-1-8:2006
<ul style="list-style-type: none"> • Zuurstofconcentratoren 	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 29463-1:2011
<ul style="list-style-type: none"> • Compressoren en pompen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoen aan de machinerichtlijn 2006/42/EC • Dragen van CE-markering • Levering met: <ul style="list-style-type: none"> ○ Handleiding ○ EU-verklaring van overeenstemming
<ul style="list-style-type: none"> • Persluchtfilters 	<ul style="list-style-type: none"> • HEPA ISO 35H of beter volgens ISO 29463-1:2011
Laatste wijziging: 21/04/2016	

Het naleven van bovenstaande kwaliteitseisen stelt de leverancier of fabrikant niet los van het voldoen aan andere wet- en regelgeving van toepassing zijnde op de geleverde producten.

Opgelet: Materiaal of uitrusting met specifieke en/of projectgebonden eisen worden gespecificeerd op de bestelbon.